

## ÇİFT SAATLİ OKSİJEN REGÜLATÖRÜ CİHAZI TEKNİK BİLGİLER

- 1.** Cihaz ilk yardım setlerinde ve acil servislerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
- 2.** Cihaz ilk yardım çantaları ve acil servislerde kullanılmaya uygun olmalıdır.
- 3.** Cihaz, oksijen tüpünden gelen basınçlı gazı regüle edilerek hastaya verilmesini sağlamalıdır.
- 4.** Cihaz üzerinde 0-315 bar aralığında çarpmalara karşı korumalı manometresi bulunmalıdır.
- 5.** Cihaz üzerinde 0-15 lt/dak aralığında gaz akış ayarı yapılabilmesi ve bu değer bir debimetre vasıtası ile izlenebilmelidir.
- 6.** Cihazda oksijen tüpüne bağlantısı elle veya anahtar yardımı ile yapılabilecek özellikte bağlantı rekoru bulunmalıdır.
- 7.** Cihazda gazın çıkış bölümünde hortum bağlantısı yapmak için uygun bir hortum bağlantı kısmı bulunmalıdır.
- 8.** Cihaz tamamen Ms58 malzemedен imal edilmeli ve krom kaplı olmalıdır.
- 9.** Cihaz CE belgeli olmalıdır.